

ÖN ISITMA FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220 V 50 Hz şehir şebeke ceryanı ile çalışmalıdır.
2. Cihaz yüksek ısı ürettiği gibi aynı oranda da düşük enerji tüketmelidir.
3. Cihaz elektro galvanizli çelik ve epoksi boya ile korozyona karşı korumalı olmalıdır.
4. Cihazın kapısı tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Cihaz 3 aşamalı 20 program ve 6 aşamalı 10 program olmak üzere toplam 30 program seçeneğine sahip olmalıdır.
6. Cihaz dijital kalibrasyon yapma imkanı sağlamalıdır.
7. Cihaz maksimum 1050 C ısıda sabit kalabileceği gibi geçici olarak da 1150 C'ye kadar çıkabilmelidir.
8. Cihaz maksimum 28 kg olup 450 x 350 x 370 mm ebatlarında olmalıdır.
9. Cihaz oda ebatları 100 x 150 x 150 mm olup 2-3 manşetlik olmalıdır.
- 10.